

diamet®



diamet® optima

Blutzucker Teststreifen

Zur Eigenanwendung und zum professionellen Gebrauch mit dem Blutzucker-Messsystem diamet® optima. Plasma-äquivalente Kalibration.

PZN: 03654274

Packungsinhalt:

2 x 25 Stück Blutzuckerteststreifen
Gebrauchsanleitung

GDH-FAD Teststreifen:

- Kapillar-, venöses, arterielles und natürlich auch Shuntblut kann durch die Sauerstoff-Unabhängigkeit der Messung verwendet werden.
- Der Hämatokritwert ermöglicht einen Rückschluss auf den Anteil der roten Blutkörperchen im Blut und kann Aufschluss über den Wasserhaushalt geben.
- Auch Epo-resistente Patienten können durch einen weiten Hämatokrit-Bereich (0 - 70 %) gemessen werden.
- Durch die Verwendung von FAD als Co-Enzym kann auch bei Peritonealdialyse gemessen werden.

Reagenzien:

- Glukose-Dehydrogenase (E.coli) 8%
- Elektronenüberträger 55%
- Enzymschutz 8%
- Nicht reaktive Bestandteile 29%
- Reaktionszeit 5 Sekunden

Hinweis:

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anleitung